



广微测
Gmicro Testing



201819000883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

Report No.

2025FM20161R01

样品名称

Name of Sample

多功能清洁喷雾

委托单位

Applicant

重庆涤初品牌管理有限公司

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address:

Building 66, No. 100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.) 2025FM20161R01

校验码 (Verification Code): 8X5M9VYJ

样品名称 Name of Sample	多功能清洁喷雾	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	重庆涤初品牌管理有限公司	地址 Address	重庆北部新区栖霞路18号6幢1单元11-1
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	100ml
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	500ml	样品状态和特性 State and Characteristic	液体
接样日期 Sample Received Date	2025-11-03	验讫日期 Completion Date	2025-11-14
检测项目 Item Tested	抗菌效果		
检测依据和方法 Test Standard and Method	QB/T 2738-2023 7.2		
检测结论 Test Conclusion	经检验, 该样品原液, 作用时间 20min, 对单核增生李斯特氏菌 ATCC 19115 和肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型 CMCC (B) 50115 的杀菌率均>99.98%, 样品对所测菌株有抗菌效果。 签发日期: 2025-11-14 Issue Date (机构盖章 Official Seal)		
备注 Remarks	生产厂家: 广东洁宜集团有限公司, 地址: 清远市清城区石角镇华鸿工业大道中路15号。(由委托方提供)		

制表:
Editor

陈毅婷

审核:
Verifier

孙延丽

批准:
Approver

陈毅婷



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2025FM20161R01

1.中和剂: 含 3%吐温-80、0.5%硫代硫酸钠、0.5%L-组氨酸、0.5%蛋白胨、0.85%氯化钠、1.43%卵磷脂、0.1%半胱氨酸的 PBS 溶液。

2.培养基: 营养琼脂培养基。

3.使用仪器: 生化培养箱 (编号:QFM-B-P016)、生物安全柜 (编号: QFM-B-P005)、低温恒温槽 (编号: QFM-B-P014)。

4.试验结果:

作用浓度 及时间	试验菌种	序号	对照样品菌落数 (CFU/mL)	试验样品菌落数 (CFU/mL)	杀菌率 (%)	效果评价
原液 20min	单核增生李斯特氏菌 (<i>Listeria monocytogenes</i>) ATCC 19115	1	6.8×10 ⁴	<10	>99.98	样品对 所测菌株 有抗菌效果
		2	7.2×10 ⁴	<10		
		3	7.8×10 ⁴	<10		
	平均值		7.3×10 ⁴	<10		
	肠沙门氏菌肠亚种 鼠伤寒血清型 (<i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium</i>) CMCC (B) 50115	1	6.1×10 ⁴	<10	>99.98	
		2	5.6×10 ⁴	<10		
		3	6.2×10 ⁴	<10		
	平均值		6.0×10 ⁴	<10		

(以下空白)

备注
Remarks

效果评价标准: 当杀菌率 $\geq 90\%$ 时, 样品对所测菌株有抗菌效果。



广 微 测

Gmicro Testing

报告编号 (Report No.) : 2025FM20161R01

注意事项

Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。

The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.

2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。

The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.

3. 检测报告涂改增删无效。

The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本机构书面同意, 不得部分复制 (全部复制除外) 检测报告。

Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.

5. 除非另有说明, 检测报告仅对来样负责。

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

6. 对检测报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

7. 对送检样品, 样品信息由委托方提供, 本机构不对其真实性负责。

For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.

广微测
检验检测中心
章